



Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ



ФГУ "Российский центр испытаний и сертификации - Москва"



7-я Международная специализированная выставка A-TESTex

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о присвоении Знака качества

ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ



Средство измерений

**Газоанализатор озона
«3.02 П-А»**

производства ЗАО «ОПТЭК»

аттестовано на Знак качества
по результатам экспертной оценки
функциональных и метрологических характеристик,
приведенных в приложении к настоящему Свидетельству

Председатель Конкурсной комиссии,
Генеральный директор ФГУ "Ростест-Москва"


В.Н. Бас

Реестровый №: 01-31-001
Дата выдачи: 20 апреля 2009 г.

Действительно до 19 апреля 2011 г.

РОСТЕСТ МОСКВА



ПРИЛОЖЕНИЕ

к Свидетельству о присвоении Знака качества
**ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ
В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ**



Средство измерений
Газоанализатор озона "3.02 П-А"
производства
ЗАО "ОПТЭК"

аттестовано на Знак качества

в номинации "Контрольно-измерительные приборы"
на основании экспертной оценки следующих
функциональных и метрологических характеристик:

- **Высокая селективность в присутствии не измеряемых компонентов**
- **Отсутствие зависимости результатов измерения от влажности**
- **Чувствительность на уровне 1 мкг/м³**
- **Наличие функции осреднения результатов измерения**
- **Автоматическое измерение, не требуется присутствие оператора**

Руководитель Экспертной группы,
Заместитель Генерального директора
ФГУ "Ростест - Москва"



А.С. Евдокимов

Эксперт

В.В. Рыбин

РОСТЕСТ  **МОСКВА**